

## 患者さんの声（ご意見箱より）

ご意見：MRI 検査時耳栓も用意して欲しい。ヘッドホンも、もっと性能のよいものに変更できないだろうか？ビニール製サンダルも衛生的ではない。検討して欲しい。

回答： 貴重なご意見をありがとうございます。

MRI 検査でのヘッドホンは、患者さんの聴覚保護を目的に装着しています。ヘッドホンは、装置付属品であり、非磁性体（金属製でないもの）が必要なため、市販のヘッドホンと容易に交換することができません。耳栓については、ソフトフォーム耳栓などの購入を申請しております。

サンダルにつきましては、使用毎に消毒を行っております。しかし、使用感の悪さや見た目の変色している現状がありますので、購入を申請しております。

投書のありました全てのご意見につきましては、関係部署にて拝見・検討させて頂いております。  
皆様の貴重なご意見をお聞かせ下さい。

患者サービス検討会  
2024年 6月 24日