

Temperature Log

The Jikei University Hospital

Location : Pharmaceutical department


Acceptable Temperature Range : Room temperature

Temperature Logger/ID : RTR501BL/ 52802EFC (Calibration date ; 29 Sep 2025)

※The certification period is one year from the date of calibration.

Month/Year (年月) (MMM/YYYY) : <u>Jan/2026</u>	Confirmation Time 確認時間	Alarm: No or Yes アラームの有無	Initials (確認者)
Date(日)			
1	:	No · Yes	
2	:	No · Yes	
3	:	No · Yes	
4	:	No · Yes	
5	<u>10 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
6	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
7	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
8	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
9	<u>9 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
10	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
11	:	No · Yes	
12	:	No · Yes	
13	<u>9 : 20</u>	<u>No</u> · Yes	<u>R-Y</u>
14	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
15	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
16	<u>9 : 00</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
17	<u>9 : 00</u>	<u>No</u> · Yes	<u>R-Y</u>
18	:	No · Yes	
19	<u>10 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>R-Y</u>
20	<u>8 : 50</u>	<u>No</u> · Yes	<u>Y.N</u>
21	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
22	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
23	<u>12 : 00</u>	<u>No</u> · Yes	<u>R-Y</u>
24	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>Y.N</u>
25	:	No · Yes	
26	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
27	<u>17 : 00</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
28	<u>9 : 00</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
29	<u>8 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>Y.N</u>
30	<u>16 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>
31	<u>10 : 30</u>	<u>No</u> · Yes	<u>S-H</u>

Investigational Product Manager's Signature: Shunsuke Hitosugi Date: 02 Feb 2026



表示範囲 2025-12-22 09:01:00 - 2026-02-02 08:58:00
 計算範囲 2025-12-22 09:01:00 - 2026-02-02 08:58:00

Shunsuke Hitosugi 02 / Feb / 2026

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	室温	5 min.	12096	°C	22.6	18.4	21.2