

Temperature Log

The Jikei University Hospital

Location : Pharmaceutical department

Acceptable Temperature Range : Room temperature

Temperature Logger/ID : RTR501BL/ 52802EFC (Calibration date ; 29 Sep 2025)


※The certification period is one year from the date of calibration.

Month/Year (年月) (MMM/YYYY) : <u>Aug/2026</u>	Confirmation Time 確認時間	Alarm: No or Yes アラームの有無	Initials (確認者)
Date(日)			
1	8 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
2	:	<u>No</u> • Yes	
3	9 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
4	12 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
5	16 : 15	<u>No</u> • Yes	S.H
6	14 : 45	<u>No</u> • Yes	R.Y
7	13 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
8	9 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
9	:	<u>No</u> • Yes	
10	8 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
11	:	<u>No</u> • Yes	
12	8 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
13	15 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
14	9 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
15	8 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
16	:	<u>No</u> • Yes	
17	8 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
18	10 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
19	15 : 30	<u>No</u> • Yes	S.H
20	9 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
21	11 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
22	9 : 45	<u>No</u> • Yes	Y.N
23	:	<u>No</u> • Yes	
24	12 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
25	15 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
26	9 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
27	11 : 20	<u>No</u> • Yes	Y.N
28	10 : 50	<u>No</u> • Yes	R.Y
29	9 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H
30	:	<u>No</u> • Yes	
31	10 : 00	<u>No</u> • Yes	S.H

Investigational Product Manager's Signature:

Shunsuke Hitosugi

Date: 11 Sep 2026



表示範囲 2026-07-27 10:02:00 - 2026-09-07 09:58:00
計算範囲 2026-07-27 10:02:00 - 2026-09-07 09:58:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	室温	5 min.	12096	℃	21.7	20.5	21.3